

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: 120423 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy zabiegowego sprzętu endoskopowego, jednorazowych wyrobów papierowych, folii chirurgicznych, przyrządów do endoskopii, endochirurgii (staplerów, uchwytów i ładunków)

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści SIWZ informuje :

1. Dot. Zadania nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 poz.1 i poz. 2 do oddzielnego zadania w celu złożenia oferty na osprzęt o parametrach zgodnych z SIWZ? W naszej opinii zabieg wydzielenia poz.1 i 2 wpłynie korzystnie na konkurencyjność cen.

Odpowiedź; Zamawiający nie przewiduje podziału zadań.

2. Dotyczy SIWZ Punkt VI, podpunkt G.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z ofertą jedynie oświadczenia, że oferowane przedmioty spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP. Zobowiązujemy się do dostarczenia kserokopii właściwych dokumentów wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź; Nie – zapisy SIWZ bez zmian.

3. Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień telefonicznie niezwłocznie potwierdzonych pisemnie?

Odpowiedź; Wykonawca dostarczać będzie ilości określone w SIWZ na własny koszt, loco ZOZ Końskie - magazyn DSUiZP zgodnie z telefonicznym lub pisemnym zamówieniem w terminie do 10 dni od daty otrzymania zamówienia, lub w terminie uzgodnionym telefonicznie. (transportem własnym, przesyłką pocztową lub poprzez wynajętego w tym celu przewoźnika) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00) Dostawy po tych godzinach nie będą odbierane.

4. Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 5 .Prosimy o procentowe określenie ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Odpowiedź; – Zapisy SIWZ bez zmian.

5. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„ Wykonawca powinien zbadać towar pod względem ilościowym i jakościowym. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie odbiorca reklamuje. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania braków w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia wiadomości w formie pisemnej”.

Odpowiedź; – Zapisy SIWZ bez zmian.

6. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„ W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi wymiana towaru na wolny od wad jednakże w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź; - Zapisy SIWZ bez zmian.

7. Dotyczy Zadania 5 poz 1. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuścicie do zaoferowania w tej pozycji folię chirurgiczną samoprzylepną do długotrwałych zabiegów o powierzchni klejącej 10x20 cm?

Odpowiedź; – Tak.

8. Dotyczy Zadania 5 poz 2. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuścicie do zaoferowania w tej pozycji folię chirurgiczną samoprzylepną do długotrwałych zabiegów o powierzchni klejącej 19x25 cm?

Odpowiedź; – Tak.

9. Dotyczy Zadania 5 poz 3. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy dopuścicie do zaoferowania w tej pozycji folię chirurgiczną samoprzylepną do długotrwałych zabiegów o powierzchni klejącej 25x 28 cm?

Odpowiedź; – Tak.

10. Prosimy o dopuszczenie na następujący zapisu umowy w § 2 punkt 2: Obowiązuje stałość cen netto przez okres obowiązywania umowy i obejmuje ewentualne przedłużenie terminu obowiązywania umowy nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana ceny produktów w ramach niniejszej umowy następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT.

Odpowiedź; – Tak.

11. Dotyczy Zadania 7 . Czy Zamawiający w trosce o prawidłowe zamknięcie zszywki, wymaga, aby staplery liniowe z nożem były zaopatrzone w ładunki posiadające zszywki obustronnie spłaszczone?

Odpowiedź; Tak.

12. Dotyczy Zadania 7 poz.1. Czy Zamawiający, wymaga, aby stapler liniowy z nożem i posiadał obustronny suwak, służący do odpalenia staplera, a także przycisk otwierający stapler po odpaleniu?

Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga a dopuszcza stapler liniowy z nożem posiadającym obustronny suwak, służący do odpalenia staplera, a także przycisk otwierający stapler po odpaleniu.

13. Dotyczy Zadania 8. Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo pacjenta wymaga, aby staplery liniowe były wyposażone w ładunki zaopatrzone w zszywki obustronnie spłaszczone?

Odpowiedź; Tak.

14. Dotyczy Zadania 8. Czy Zamawiający wymaga, aby stapler liniowy zamykający miał możliwość zdalnego zamknięcia pinu zatrzymującego tkanę pomiędzy szczękami staplera ?

Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga a dopuszcza stapler liniowy zamykający z możliwością zdalnego zamknięcia pinu zatrzymującego tkanę pomiędzy szczękami staplera.

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach www.zoz.końskie.pl
Uprzejmie proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma*

Końskie 2010-05-17

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki