

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia:83111-2010; data zamieszczenia: 13.04.2010 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy produktów medycznych,

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski dotyczące treści SIWZ informuje :

Zadanie 1.

Poz. 1- 13, 16-21.

1. W związku z faktem, iż jedną z dróg transmisji wirusa (między innymi A/H1N1) są dłonie (kontakt z błonami śluzowymi), Zamawiającymi będzie oczekiwał dołączenia udokumentowanego certyfikatu na szczelność dla wirusów (według normy ASTM F1671). **Odpowiedź; Wykonawca może dołączyć udokumentowany certyfikat na szczelność dla wirusów (według normy ASTM F1671).**

Poz. 14

1. Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki w zakresie 0,19 – 24 mm spełniającej pozostałe wymogi SIWZ? **Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza jako równoważne.**

Poz. 7-13.

1. Czy rękawice mają posiadać wewnętrzną warstwę umożliwiającą łatwe nakładanie na dłoń suchą i wilgotną jak również zakładanie 2 par rękawic poprzez posiadanie struktury sieci zmniejszającej powierzchnię kontaktu (zmniejszenie tarcia) warstwy i skóry?

Odpowiedź; Rękawice mogą posiadać wewnętrzną warstwę umożliwiającą łatwe nakładanie na dłoń suchą i wilgotną

Poz. 16-21.

1. Czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek oraz ich zgodności z normami będzie wymagał, aby rękawice lateksowe niesterylne były produkowane pod kontrolą jednostki notyfikowanej (potwierdzenie zasadności oznakowanie rękawic znakiem CE) i w związku z tym będzie wymagała załączenia do oferty stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną? **Odpowiedź; zapisy siwz bez zmian**

Poz. 22-25.

1. Czy zamawiający wymaga, aby informacja o braku w rękawiczkach winylowych substancji DOP (=DEHP) była fabrycznie umieszczona przez producenta na najmniejszym opakowaniu handlowym? Substancja DOP (=DEHP) została w ostatnim okresie umieszczona przez Europejską Agencję do Spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych? **Odpowiedź; zapisy siwz bez zmian**

Zadanie 7

Poz. 1, 2, 3, 4

1. Czy zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 50ml, pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź; Tak**
2. Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik był pokryty hydrożelem, co ułatwia zakładanie i zwiększa komfort pacjenta? **Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga a dopuszcza takie rozwiązanie.**

Poz. 5, 6, 7, 8

1. Czy zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 50ml, pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź; Tak**
2. Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik był pokryty hydrożelem, co ułatwia zakładanie i zwiększa komfort pacjenta? **Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga a dopuszcza takie rozwiązanie.**

Poz. 9.

1. Czy zamawiający dopuści zestaw z drenem CH 24, pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź; Tak**

Poz. 10.

1. Czy zamawiający dopuści zestaw z końcówką CH 30, pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź; Tak**

Poz. 12.

1. Czy zamawiający dopuści zestaw z drenem fi 8mm, długości 270cm, pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź; Tak**

Poz. 13.

1. Czy zamawiający dopuści zestaw z drenem CH 24, pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź; Tak**

Poz. 15.

1. Czy zamawiający dopuści przedłużacz CH 24, pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź; Tak**

Poz. 14 – 16

1. Prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. **Odpowiedź; Zamawiający nie przewiduje podziału zadań. Pozycje te są dostępne np. poz. 16 zestaw do irygacji pochwy występuje pod nazwa zestaw do higieny intymnej Tantum Rosa i jest dostępny w każdej Aptece.**

Zadanie.11.

Poz. 1

1. Czy zamawiający wymaga aby skuteczność p/bakteryjna wynosiła minimum 99,9999? **Odpowiedź; skuteczność p/bakteryjna może wynosić minimum 99,9999?**
1. Czy zamawiający wymaga aby skuteczność p/wirusowa wynosiła minimum 9,999? **Odpowiedź; skuteczność p/wirusowa może wynosić minimum 9,999**
- 2.
1. Czy filtr ma posiadać złącze proste, czy kolankowe? **Odpowiedź; Zamawiającemu chodzi o filtry proste bez dodatkowego złącza, filtry mogą posiadać złącze proste lub kolankowe.**

Poz. 2.

1. Czy zamawiający wymaga aby skuteczność p/bakteryjna, p/wirusowa wynosiła minimum 99,9999? **Odpowiedź; skuteczność p/bakteryjna, p/wirusowa może wynosić minimum 99,9999?**
2. Czy zamawiający wymaga, aby filtr mechaniczny posiadał test klasy HEPA 13 potwierdzonej certyfikatem o skuteczności filtracji w teście cząsteczkowym nie mniejszej niż 99,97% i penetracji nie większej niż 0,03%.? Posiadanie testu klasy HEPA jest potwierdzeniem jakości filtra. **Odpowiedź; filtr mechaniczny może posiadać test klasy HEPA 13 potwierdzone certyfikatem o skuteczności filtracji w teście cząsteczkowym nie mniejszej niż 99,97% i penetracji nie większej niż 0,03%.**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach www.zoz.końskie.pl
Uprzejmie proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma*

Końskie 2010-04-17

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki